

LP.	PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR	Potwierdzenie PARAMETRU lub inne rozwiązanie/ wartość
<b>WYMOGI OGÓLNE</b>			
1.	Nowy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t		
2.	Automatyczna lub manualna skrzynią biegów		
3.	Kategoria prawa jazdy: B		
4.	Szerokość pojazdu nie większa niż 2,50 m		
5.	Długość pojazdu (szoferka + zabudowa kontenerowa ) nie dłuższa niż 10 m		
6.	Próg załadunkowy na wysokości nie przekraczającej 75 cm		
7.	Wymiary wewnętrzne zabudowy: Nie krótszy niż: 4500mm Nie węższy niż: 2240mm Nie niższy niż: 22250mm		
8.	Homologacja na pojazd kompletny		
9.	Dokumentacja potwierdzająca rejestrację samochodu jako pojazdu kompletnego z przeznaczeniem na pojazd specjalny – ambulatorium służby zdrowia.		
<b>WYPOSAŻENIE OGÓLNE POJAZDU</b>			
9.	Dwie proszkowe gaśnice samochodowe przeznaczone do pojazdów osobowych		
10.	Wyposażenie zewnętrzne oraz wewnętrzne zgodne z przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia do ruchu drogowego		
11.	Apteczka pierwszej pomocy z pełnym wyposażeniem		
12.	Trzy kamizelki odbłaskowe		
<b>POJAZD – KABINA KIEROWCY</b>			
13.	2-3 miejsca siedzące w kabinie kierowcy		
14.	Klimatyzacja		
15.	Elektryczne szyby		
16.	Radio		
<b>POJAZD – ZABUDOWA</b>			
17.	Schowek nad kabiną kierowcy z roletą		

18.	Dwa niezależne gabinety, w których będą wykonywane badania		
19.	<b>Zabudowa zintegrowana z kabiną kierowcy</b>		
20.	<b>Typ podwozia: platforma lub rama</b>		
21.	<b>Konstrukcja zabudowy (ściany, dach) wykonana z płyt warstwowych typu „Sandwich” z laminatu poliestrowo – szklanego lub równoważnych. Ściany i sufit izolowane.</b> Wykonanie higieniczne, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję, bez szczelin lub z wykonanymi uszczelnieniami na połączeniach ścian oraz ścian z podłogą wykonanych z mas uszczelniających.		
22.	Rama zabudowy i ścian wykonana z trwałych materiałów		
23.	Podłoga izolowana , pokryta wykładziną na całej powierzchni zabudowy, umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję oraz odporna na środki do dezynfekcji, łatwo zmywalna powłoka podłogowa (podłoga w jednym poziomie bez progów/stopni), łączenie podłogi ze ścianą wykonane bez szczelin lub z wykonanymi uszczelnieniami na połączeniach ścian oraz ścian z podłogą wykonanych z mas uszczelniających		
24.	Ochronne listwy przypodłogowe aluminiowe, uszczelnione bez szczelin lub z wykonanymi uszczelnieniami na połączeniach ścian oraz ścian z podłogą wykonanych z mas uszczelniających		
25.	Oświetlenie LED wewnętrzne; 6 pkt świetlnych		
26.	Oświetlenie zewnętrzne LED		
27.	Instalacja wodna i kanalizacyjna a) Zewnętrzny wlew wody do zbiornika b) Zbiornik na wodę czystą minimum 35l c) Zbiornik na wodę brudną minimum 35l wraz z węzłem i zaworem w łatwo dostępnym miejscu d) System NO FROST e) Dostęp do bieżącej wody (ciepła i zimna) f) Podajnik na mydło, ręczników i na płyn antybakteryjny g) Kłapa rewizyjna		
28.	Instalacja elektryczna a) zewnętrzne gniazdko 230 V, na wyposażeniu przedłużacz do zasilania zabudowy (o długości od 10m – 15m) umożliwiający podłączenie samochodu do zewnętrznego źródła prądu o mocy maksymalnej dostosowanej do podłączenia pojazdu b) wewnętrzna instalacja elektryczna – min. cztery gniazdzka zasilające 230V - rozplanowana z Wykonawcą na etapie projektu		
29.	Na zewnątrz składane przeciwsloneczne zadaszenie w postaci rolety /markizy		

30.	Wejście do zabudowy: najazd/ rampa lub rozwiązanie równoważne – z efektem antypoślizgowym; wymagany łatwy do dezynfekcji .Uchwyty przy drzwiach wejściowych do zabudowy		
31.	Drzwi wejściowe 1-2szt do dwóch niezależnych gabinetów o szerokości około 900mm otwierane na zewnątrz, możliwość zamknięcia zamka w drzwiach od wewnątrz		
32.	Klimatyzator z funkcją grzania		
33.	Stopnie wejściowe elektryczne 1-2szt		
34.	Ścianka działowa wewnątrz zabudowy oddzielająca gabinety z drzwiami suwanymi		
35.	Kurtyna powietrzna przy drzwiach wejściowych do zabudowy 2szt		
36.	Wszystkie okna zabudowy (2szt boczne, 2szt dachowe) , otwierane uchylnie z moskitierą i roletą		
37.	Podpory stabilizujące zabudowę w momencie wykonywania badań		
38.	Kamera cofania		
39.	Składany stolik oraz 2 krzesła z oparciem dla pacjentów do wystawienia na zewnątrz pojazdu		
40.	Wentylator dachowy wyciągowy 2szt		
	<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE ZABUDOWY</b>		
41.	Mobilne krzesło obrotowe z regulacją wysokości 2 szt		
42.	Meble: blat/biurko, szafa – część przeznaczona na ubrania oraz część przeznaczona na sprzęt medyczny, szafki na narzędzia medyczne i dokumenty, meble z zabezpieczeniami przed otwieraniem się szafek i szuflad na nierównościach (łatwe do utrzymania w czystości); szafka/-i zamykana/-e na środki dezynfekujące, dwa krzesła dla pacjentów 2szt składane . Meble medyczne powinny być wykonane w technologii ultralekkiej , zmywalne, możliwe do zdezynfekowania i odporne na środki do dezynfekcji. Kratki wentylacyjne ,listwy i pasy mocowania sprzętów podczas jazdy		
43.	Fotel dla lekarza na kółkach 2 szt		
44.	Pojemniki na odpady (na dwa worki – osobno na odpady medyczne i odpady komunalne), otwierane bez kontaktu z dłonią - powinny być zmywalne, możliwe do dezynfekcji i odporne na środki do dezynfekcji		
45.	Lampa bakteriobójcza 1-2szt		

46.	Czujniki parkowania na tył zabudowy		
47.	Przylącze internetowe -router Wi Fi i antena		
48.	Ogrzewanie postojowe 4kw z rozproszaniem do zabudowy		
	<b>OZNACZENIE ZEWNĘTRZNE POJAZDU</b>		
49.	Oznaczenie (lub oklejenie) zewnętrzne zabudowy oraz brandowanie zabudowy ustalone z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, wg projektu/wytocznych dostarczonych przez Zamawiającego. Okna oklejone folia mleczną		
	<b>DOSTAWA</b>		
50.	Odbiór pojazdu od wykonawcy po stronie zamawiającego		
51.	O terminie dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego Wykonawca poinformuje zamawiającego z wyprzedzeniem min. 7 dni kalendarzowych.		
	<b>WYMAGANIA DODATKOWE:</b>		
52.	Gwarancja na dostarczony pojazd powinna obejmować co najmniej 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zostanie podpisany końcowy protokół odbioru i uruchomienia.		
53.	Jako załącznik : Wykaz danych dostaw z ostatnich 3 lat min. 5 pojazdów z zabudową zintegrowaną medyczną(ambulatorium/laboratorium służby zdrowia) oraz do wglądu protokół zgodności przekazania zamawiającemu		
54.	Gwarancja na zabudowę		
55.	Atest/certyfikat na wykładzinę		

UWAGA: Zamawiający za wyrób medyczny uznaje sprzęt do badań .  
Pozostałe wyposażenie zabudowy nie musi być wyrobem medycznym.